



Zertifikat zu Bewertungsschreiben VN635 172478

gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) Rev. 0 vom 20.03.2020" für das Inverkehrbringen in Österreich

(Auftrag VN635 172478.1 / Prüfbericht PTP-Prüfbericht-Nr.: T20-1334 vom 11.08.2020)

Ausgestellt für Inverkehrbringer

MHZ - Mundschutz und Hygiene
Zentrum GmbH
Ziegeleistraße 32
5020 Salzburg
Austria

Hersteller

MHZ - Mundschutz und Hygiene
Zentrum GmbH
Ziegeleistraße 32
5020 Salzburg
Austria

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der durchgeführten Untersuchungen wird bescheinigt, dass die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)

„FFP 2 - Atemschutzmasken“

(Fotodokumentation siehe Rückseite)

den Anforderungen des verkürzten Bewertungsverfahrens gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz" für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) für das Inverkehrbringen in Österreich in Anlehnung an EN 149:2001+A1:2009 entspricht, somit kann folgendes festgestellt werden:

Die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) hat die durchgeführte Prüfung mit positivem Ergebnis bestanden ^{Ann.)}

^{Ann.)} Die Passform der Maske ist abhängig von der Gesichtsform des Trägers, daher ist vor der Verwendung eine Passformkontrolle durchzuführen. Hierzu muss der Maske eine entsprechende Information beigelegt werden.

Sie wird zugeordnet der **PSA-Kategorie III**

Dieses Bewertungsschreiben gilt ausschließlich für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) für die Verwendung für medizinische Fachkräfte für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung und/oder bis zum Außerkrafttreten des Erlasses GZ 2020-0.247.451.


Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler
Stv. Leiterin Zertifizierungsstelle

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Notifizierte Stelle Nr. NB 0534
Wien, 14.08.2020

*) nicht harmonisierte Norm

Certificate Seite 1 von 2 Seiten
Zertifikat zu Bewertungsschreiben VN635 172478